

Herstellung und Bewertung von Probedrucken mittels Probedruckgerät IGT Amsterdam

Einsatz

Bestimmung von Bedruckbarkeitseigenschaften im Offset- und Tiefdruck

Bewertungsmöglichkeiten (Auswahl)

- Wegschlagverhalten, Print Penetration, Lackierbarkeit
- Mottling
- Rupfen Nassrupfen/Abstoßen
- Bestimmung der Nassdehnung mit praxisnahen Feuchtmittelauftragsmengen
- Farbbedarf (gewogener Andruck)
- Heliotest (Tiefdruck)

Merkmale/Konfiguration

5 Druck- bzw. Gegendruckstationen, 5 cm Druckbreite

Kamerascan inklusive bildanalytischer Auswertung möglich

